

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023**

IDENTIFICAÇÃO	
EMPRESA PROPONENTE:	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
MARCA:	B2 inox
PRODUTO:	Bacia redonda.
Nº DO ITEM:	5

**Ficha técnica para análise de produto.**

- 1) O produto apresenta boa ou ótima qualidade: (X) sim ( ) não
- 2) O produto atende ao descritivo solicitado em edital: (✓) sim ( ) não
- 3) O produto possui Registro ANVISA: ( ) sim ( ) não (✓) isento
- 4) O produto passou por algum tipo de lavagem: ( ) sim (✓) não ( ) não se aplica
- 5) Houve alterações do produto após lavagem: ( ) sim ( ) não
- 6) O produto passou por autoclavagem: ( ) sim (✓) não ( ) não se aplica
- 7) Houve alterações do produto após autoclavagem: ( ) sim ( ) não
- 8) Parecer: *Conforme ficha tec. atende ao solicitado.*
- 9) Justificativa:
- 10) Observações:
- 11) RESULTADO FINAL: Aprovado (✓) Reprovado ( )

Data: 23/01/2024

*Andreasson / Gláucia*  
Nome e assinatura/carimbo do Responsável  
*Gláucia Lopes dos Santos*  
Enfermeira

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023**

IDENTIFICAÇÃO	
EMPRESA PROPONENTE:	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
MARCA:	
PRODUTO:	<i>cube sim.</i>
Nº DO ITEM:	<i>35</i>

**Ficha técnica para análise de produto.**

- 1) O produto apresenta boa ou ótima qualidade: (x) sim ( ) não
- 2) O produto atende ao descritivo solicitado em edital: (x) sim ( ) não
- 3) O produto possui Registro ANVISA: ( ) sim ( ) não (x) isento
- 4) O produto passou por algum tipo de lavagem: ( ) sim (x) não ( ) não se aplica
- 5) Houve alterações do produto após lavagem: ( ) sim ( ) não
- 6) O produto passou por autoclavagem: ( ) sim (x) não ( ) não se aplica
- 7) Houve alterações do produto após autoclavagem: ( ) sim ( ) não
- 8) Parecer: *Conforme ficha tec. atende ao solicitado.*
- 9) Justificativa:
- 10) Observações:
- 11) RESULTADO FINAL: Aprovado (x) Reprovado ( )

Data: 23/01/2024.

*Andressa. Gliciane*  
Nome e assinatura/carimbo do Responsável  
*Miane Lopes dos Santos*  
COREN 461551  
Enfermeira

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023**


IDENTIFICAÇÃO	
EMPRESA PROPONENTE:	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
MARCA:	
PRODUTO:	Lâmpada Halógena p/ laringoscópio 25V x 500mA
Nº DO ITEM:	238

**Ficha técnica para análise de produto.**

- 1) O produto apresenta boa ou ótima qualidade: (x) sim ( ) não
- 2) O produto atende ao descritivo solicitado em edital: (x) sim ( ) não
- 3) O produto possui Registro ANVISA: ( ) sim (x) não ( ) isento
- 4) O produto passou por algum tipo de lavagem: ( ) sim (x) não ( ) não se aplica
- 5) Houve alterações do produto após lavagem: ( ) sim ( ) não
- 6) O produto passou por autoclavagem: ( ) sim (x) não ( ) não se aplica
- 7) Houve alterações do produto após autoclavagem: ( ) sim ( ) não
- 8) Parecer: Conforme ficha e proposta apresentada, o produto atende ao solicitado.
- 9) Justificativa:
- 10) Observações: Deve ser entregue conforme solicitado: 25V x 500mA.
- 11) RESULTADO FINAL: Aprovado (x) Reprovado ( )

Data: 29/01/2024

Nome e assinatura/carimbo do Responsável

  
Juliana Lopes dos Santos  
CPOEN 461551  
Enfermeira