

CESTA DE PREÇO PARA REGISTRO DE PREÇO EM CARATER EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO												
ITEM	CODIGO CONIMS	DESCRIÇÃO	APRES.	QUANT	AIR LIQUIDE BRASIL	BANCO DE PREÇO	NOTA PARANÁ	PNCP 1	PNCP 2	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - DISPENSA 58/2026 - MUNICIPIO DE ITAPEVA/MG - ATA DE	INTERNET - EMPRESA RESPIROX	PE 08/2026 - PREF. CAMPO MAGRO/PR
1	7202159186	LOCAÇÃO de Concentrador de Oxigênio fluxo mínimo de gás: vazão de 0,5 a 5 litros por minuto. O mínimo de Oxigênio que o concentrador poderá dar de vazão será de 87%. O equipamento deve estar em conformidade as Normas Internacionais de Organização Mundial de Saúde (OMS), com capacidade de concentrar o oxigênio através do ar ambiente. Alimentação elétrica para redes de 110v ou 220v. Deve fornecer umidificador, mangueira, máscara, sonda e cânula nasal de silicone, adaptador de traqueostomia para uso em pacientes traqueostomizados, filtros de barreira e de remoção de poeiras e outras partículas. Sistema de alarmes para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha de energia elétrica, baixa pureza do O2, concentração de O2 fora dos parâmetros. Ruídos máximos permitidos são de aproximadamente 48 decibéis. Consumo de energia não deve ser superior a 380 watts. Peso aproximado a 25 Kg. Fácil movimentação com montagem do aparelho através de rodízios. Kit Backup (entregue junto ao concentrador): cilindro de oxigênio gasoso, composto por um cilindro de 4 a 8m3, com válvula reguladora, fluxômetro e suporte ou base fixa para o cilindro, para uso em caso de defeitos no concentrador. Deve fornecer umidificador, mangueira, máscara, sonda e cânula nasal de silicone, adaptador de traque	UND	1248	R\$ 300,00	R\$ 376,89	R\$ 0,00	R\$ 371,55	R\$ 460,00	R\$ 490,00	R\$ 428,00	R\$ 518,46

NOTAS EXPLICATIVAS
Para a pesquisa de preços foi utilizado a plataforma BANCO DE PREÇO, NOTA PARANÁ, PNCP E PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS que consolida valores praticados em contratações públicas realizadas por diversos órgãos e entidades da Administração, além de registros disponíveis em processos licitatórios publicados. Bem como em site encontrado na INTERNET
Diante da análise da pesquisa de preços, verificou-se a compatibilidade entre o valor da proposta recebida e aqueles praticados no mercado.

Vanessa F. da Cruz
Encarregado de Licitações

Assinantes



Vanessa Fátima da Cruz

Assinou em 29/04/2026 às 07:58:58 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Vanessa Fátima da Cruz, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

16D

ZO5

W8E

7PR