




(<https://app.sigapregao.com.br/>).

[Home \(/\)](#) / [Bolsa Nacional de Compras \(/app/portal/licitacoes/bolsa-nacional-de-compras\)](#) / Detalhe

Pregão eletrônico Nº 8/2026 — PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - PR / PR

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de oxigenoterapia, compreendendo a locação de concentradores de oxigênio, com fornecimento de cilindro de oxigênio medicinal como sistema de reserva (backup), de acordo com as condições estabelecidas neste edital.

Abertura em 04/05/2026 às 08:50

[🔗 Acessar \(https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=\[gkz\]RoEapyssqN5R7wYZPbiiDhBiBG33FHfHuo1LwtHyLlyKPfsVx2SZtgYiKoQ/5UboA4OkA\\_LI/zX3dOabOV4hSIVHUzuj7G/e05IYHL5Gk4I=\)](https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=[gkz]RoEapyssqN5R7wYZPbiiDhBiBG33FHfHuo1LwtHyLlyKPfsVx2SZtgYiKoQ/5UboA4OkA_LI/zX3dOabOV4hSIVHUzuj7G/e05IYHL5Gk4I=)

 Exemplo: capacete, ar condicionado...

Item 1 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR com fluxo mínimo...

LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR com fluxo mínimo de gás: vazão de 0,5 a 5 litros por minuto, concentração mínima de oxigênio de 87%, nível máximo de ruído acústico produzido pelo compressor: 60 dB A, deverá possuir rodízios, permitindo fácil movimentação, dotado de filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas, sistema de alarmes para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falta de energia elétrica, baixa pureza do oxigênio, incluso Frasco umidificador, Cateter nasal, Máscara simples, Máscara para Traqueostomia e conexão de látex. A locação do concentrador deverá ser acompanhada de 1 (um) Cilindro de Oxigênio “backup” de no mínimo 4m³, com limite de 1 (uma) recarga mensal por paciente sem custo, para casos de falta de energia elétrica ou problema no equipamento, SENDO PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE NO MÁXIMO 40 CONCENTRADORES/MÊS.

**Unidade:** UN  
**Quantidade:** 480.0  
**Valor de referência:** R\$ 518,46

