

Edital nº 005/110/2025

MANCHAS, POSSUIR SISTEMA OPTICO SELADO E A PROVA DE POEIRAS E SOJEIRAS MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO EM VARIADAS CONDIÇÕES DE LUZ POSSUIR NO MÍNIMO 28 LENTES CORRETIVAS PARA AJUSTE DE -25 A +40 DIOPTRIAS, SISTEMA DE LENTES CONDENSADORAS EM CONJUNTO DE 3 ESPELHOS POSSUIR FILTRO POLARIZADOR LINEAR CRUZADO PARA ELIMINAÇÃO DE REFLEXO, FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO, PROTETOR DE BORRACHA PARA SOBRANCELHAS PARA EVITAR RISCOS, CABO COM BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO SEM EFEITO DE MEMORIA POSSUIR REOSTATO PARA CONTROLE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO POSSUIR 6 ABERTURA SELECIONÁVEIS PEQUENA, MEDIA , GRANDE, FENDA FIXADOR COM GRADUAÇÃO PARA MEDIÇÃO FILTRO AZUL COBALTO. ACOMPANHA ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO, MANUAL EM PORTUGUÊS, 01 (UMA) BATERIA RESERVA E GARANTIA DE 12 MESES, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DA ANVISA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Critério de julgamento: Menor preço

Situação: Em andamento

Tipo: Material

Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não

Benefício: Sem benefício

Margem de preferência normal: Não

Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 1

Unidade de medida: UNIDADE

Valor unitário estimado: R\$ 1.448,09

Valor total estimado: R\$ 1.448,09

RESULTADO(S)

Este item não possui resultado (fornecedor selecionado)

Retornar

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico	
Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Deta

https://pncp.gov.br/app/editais/19110162000100/2025/354

1/23