

 > Editais

PARTE EXTERNA EM AÇO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM PEDESTAL ACOMPANHADO DE RODÍZIOS COM TRAVAS. PAINEL COM LED DE FUNCIONAMENTO, VACUÔMETRO DE ALTA SENSIBILIDADE E REGULADOR DE VÁCUO. VÁCUO MÁXIMO DE NO MÍNIMO 25 POL. HG (635 MMHG) E FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 A 40 LITROS/MINUTO. BIVOLT OU 110/220V.

Critério de julgamento: Menor preço

Situação: Homologado

Tipo: Material

Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não

Benefício: Sem benefício

Margem de preferência normal: Não

Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 4

Unidade de medida: Unidade

Valor unitário estimado: R\$ 62.080,67

Valor total estimado: R\$ 248.322,68

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º

Data do resultado da homologação: 20/07/2026

Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 32.593.430/0001-50

[Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Reserva/Remanescente: Não se aplica

Indicador de subcontratação: Não

Porte da empresa: EPP

Código do país: BRA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 5.334.794,05

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 1.890.328,09

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico
Número ↕	Descrição ↕		Quantidade ↕	Valor unitá

 [Portal Nacional de Contratações Públicas](#)

  Entrar

https://pncp.gov.br/app/editais/07705817000104/2026/54

1/8