

DE SEJA ASPIRAR ENTRE PELO TODO DE SUCCAO E SEJA ARMAZENADO. POTENCIA: 120 WATTS, DIMENSÕES APROXIMADAS, COMPATÍVEIS COM A PORTABILIDADE DO EQUIPAMENTO, ADMITINDO-SE LARGURA MÁXIMA DE 25 CM; PESO MÁXIMO DE 5 KG; VÁCUO MÁXIMO DE NO MÍNIMO 20 POLEGADAS DE HG OU 500 MMHG; FRASCO COLETOR DE NO MÍNIMO 1 LITRO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO. BIVOLT.

Critério de julgamento: Menor preço

Situação: Homologado

Tipo: Material

Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não

Benefício: Sem benefício

Margem de preferência normal: Não

Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 5

Unidade de medida: Unidade

Valor unitário estimado: R\$ 1.366,94

Valor total estimado: R\$ 6.834,70

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º

Data do resultado da homologação: 20/07/2026

Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 32.593.430/0001-50

[Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Reserva/Remanescente: Não se aplica

Indicador de subcontratação: Não

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 5.334.794,05

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 1.890.328,09

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico
Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitá	

https://pncp.gov.br/app/editais/07705817000104/2026/54

1/8