

[🏠](#) > [Editais](#)

Edital nº 019/2026/PE/2026

Última atualização 23/07/2026

[Acessar Contratação](#)

Local: Tamboril/CE **Órgão:** MUNICIPIO DE TAMBORIL

Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 05/05/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 05/05/2026 18:40 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 15/05/2026 07:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 07705817000104-1-000054/2026 **Fonte:** BLL Compras

Objeto:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE USO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 5.334.794,05	R\$ 1.890.328,09

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico
Número ↕	Descrição ↕		Quantidade ↕	Valor unitário

1	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA PARA OBESOS - CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA PARA OBESOS - CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA PARA OBESOS ATÉ 160KG: COM CUBA PARA AS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS E RODAS 360° COM TRAVAS NAS QUATROS RODAS.	4	R\$ 3.179,41
2	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL DE MESA - AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL DE MESA - AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL DE MESA. ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA POR VAPOR SATURADO; CAPACIDADE MÍNIMA ENTRE 60 E 80 LITROS; CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL; TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA; DIGITAL MICROPROCESSADA E PAINEL COM INDICAÇÕES VISUAIS E SONORAS; SECAGEM COM PORTA ABERTA OU FECHADA E POSSIBILIDADE DE CICLOS DE SECAGEM EXTRA; PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO COM TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS, INCLUINDO OBRIGATORIAMENTE 121°C E 134°C.	2	R\$ 23.789,18
3	VENTILADOR MECÂNICO PARA CUIDADOS INTENSIVOS - VENTILADOR MECÂNICO PARA CUIDADOS INTENSIVOS - VENTILADOR PARA CUIDADOS INTENSIVOS COM MONITORIZAÇÃO ABRANGENTE DA MECÂNICA PULMONAR - INCLUI COMPLACÊNCIA, RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS, PEEPI, RSBI E WOB, FORNECE REFERÊNCIAS SOBRE A AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO E PROMOVE UM MELHOR PLANO DE TRATAMENTO E CUIDADOS RESPIRATÓRIOS. VÁLVULA DE EXALAÇÃO METÁLICA INTEGRADA PODE SER FACILMENTE RETIRADA E AUTOCLAVADA. ELEVADA MOBILIDADE PARA TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR.	6	R\$ 83.623,83
4	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO – EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO À PROFILAXIA DENTAL, REMOÇÃO DE TÁRTARO, PLACA BACTERIANA E APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS, DOTADO DE SISTEMA DE ULTRASSOM COM FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 24.000 HZ. DEVERÁ POSSUIR CONTROLE DE POTÊNCIA AJUSTÁVEL, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE E BOMBEAMENTO POR BOMBA PERISTÁLTICA OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PEÇA DE MÃO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO 3 PONTAS/INSERTOS ESTERILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, ADEQUADOS PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA E PERIODONTIA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO POR PEDAL, ESTRUTURA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMPATÍVEL COM O USO ODONTOLÓGICO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, MANUAL TÉCNICO E DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA OU DISPONÍVEL NO PAÍS E FORNECIMENTO PERMANENTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.	6	R\$ 5.118,73
5	SUORTE MÓVEL PARA SORO - SUORTE MÓVEL PARA SORO - SUORTE MÓVEL PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA - HASTE COM QUATRO GANCHOS E QUATRO RODÍZIOS - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL.	34	R\$ 467,50
6	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA: EQUIPAMENTO COM 5 ESTÁGIOS DE TRATAMENTO E PURIFICAÇÃO: FILTROS DE POLIPROPILENO, CARVÃO ATIVADO, MEMBRANA E FILTRO DE RESINA MISTA. A ÁGUA DE SAÍDA DEVE APRESENTAR CONDUTIVIDADE INFERIOR A 5 MICROSIEMENS (µS/CM). FÁCIL INSTALAÇÃO (ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS) E ACESSO PARA TROCA DOS FILTROS; CONJUNTO COMPLETO DE FILTROS E MEMBRANAS INTEGRADOS; CAPACIDADE: 15 L/H (100 GPD).	1	R\$ 55.166,67
7	PRENSA TÉRMICA PLANA- PRENSA TÉRMICA PLANA - PRENSA TÉRMICA PLANA 38X38CM SUBLIMAÇÃO - PRENSA TÉRMICA SEMI	1	R\$ 2.526,01

AUTOMÁTICA GAVETA DESLIZANTE 38X38CM - 220V

8	PAPAGAIO HOSPITALAR - PAPAGAIO HOSPITALAR - PAPAGAIO - COLETOR DE URINA MASCULINO PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL - DIMENSÕES: 26 X 13CM - CAPACIDADE: 1000 ML.	10	R\$ 245,89
9	OTOSCÓPIO - OTOSCÓPIO - OTOSCÓPIO; MATERIAL DO CABO: METAL OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO ERGONÔMICO; ILUMINAÇÃO: LED; REVESTIMENTO DO CABO: N/A; ALIMENTAÇÃO: PILHAS ALCALINAS TIPO AA OU C; TIPO DE ESPÉCULO: REUTILIZÁVEIS; QUANTIDADE E TAMANHO DOS ESPÉCULOS: 05 OU MAIS ESPÉCULOS, NOS TAMANHOS 2,5 MM, 3,5 MM, 4,5 MM, 5,5 MM E 6,5 MM, OU MEDIDAS EQUIVALENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE DO EQUIPAMENTO; ACESSÓRIOS: BOLSA OU ESTOJO PARA TRANSPORTE.	8	R\$ 507,09
10	OFTALMOSCÓPIO - OFTALMOSCÓPIO – EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR TECNOLOGIA LED DE ALTO BRILHO E LUZ BRANCA, COM TEMPERATURA DE COR QUE POSSIBILITE ADEQUADA VISUALIZAÇÃO E FIEL REPRODUÇÃO DOS TECIDOS EXAMINADOS, DEVENDO PERMITIR A SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA PELO PRÓPRIO USUÁRIO OU DE FORMA SIMPLES, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA ÓPTICO SELADO, COM PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E UMIDADE, GARANTINDO NITIDEZ, DURABILIDADE E QUALIDADE DO CAMPO DE VISÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE DISCO DE SELEÇÃO DE LENTES COM INTERVALO MÍNIMO DE DIOPTRIAS DE -20 A +20, COM MARCADOR DE VALORES ILUMINADO, DE MODO A FACILITAR A LEITURA E O AJUSTE DURANTE O EXAME, INCLUSIVE EM AMBIENTES COM BAIXA LUMINOSIDADE. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 5 TIPOS DE ABERTURAS E/OU FEIXES DE LUZ, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO: CÍRCULO GRANDE PARA EXAME GERAL, CÍRCULO PEQUENO PARA PUPILAS NÃO DILATADAS, FILTRO VERDE (LIVRE DE VERMELHO/RED-FREE) PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE VASOS E FIBRAS NERVOSAS, MIRA DE FIXAÇÃO PARA EXAME DE FIXAÇÃO EXCÊNTRICA, E FENDA OU SEMICÍRCULO PARA DETECÇÃO DE VARIAÇÕES DE RELEVO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR CABO ROBUSTO, COM ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA INTEGRADO, E CABEÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS, TAIS COMO ABS, POLICARBONATO, METAL OU MATERIAL TECNICAMENTE EQUIVALENTE. DEVERÁ AINDA POSSUIR APOIO FRONTAL EM BORRACHA OU MATERIAL MACIO SIMILAR, COM A FINALIDADE DE EVITAR DANOS ÀS LENTES DOS ÓCULOS DO EXAMINADOR DURANTE A UTILIZAÇÃO. A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE PILHAS ALCALINAS, TIPO AA OU TIPO C, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE. O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM ESTOJO APROPRIADO PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO DO CABO E DA CABEÇA. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO BRASIL E REGISTRO VIGENTE NA ANVISA.	9	R\$ 1.145,25
11	MONITOR PORTÁTIL DE SINAIS VITAIS - MONITOR PORTÁTIL DE SINAIS VITAIS - MONITOR PORTÁTIL DE SINAIS VITAIS - ADEQUADO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS - SUPORTA MEDIÇÕES DE NIBP, TEMPERATURA E SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO. BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 A 12 HORAS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 50 A 100 MEDIÇÕES COM IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES. USADO PARA VERIFICAÇÕES PONTUAIS OU PERIÓDICAS NAS ÁREAS DE BAIXA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.	10	R\$ 19.992,88
12	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CIRÚRGICO - MONITOR	10	R\$ 29.839,36

MULTIPARAMÉTRICO CIRÚRGICO: TELA COLORIDA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD/LED) COM TECNOLOGIA TOUCHSCREEN, TAMANHO MÍNIMO DE 12 POLEGADAS. MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE: ECG (3/5 VIAS), OXIMETRIA DE PULSO (SPO2), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA (02 CANAIS), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) E PRESSÃO INVASIVA (MÍNIMO 02 CANAIS). MÓDULOS INTEGRADOS OU CONECTIVIDADE PARA: CAPNOGRAFIA (ETCO2), DÉBITO CARDÍACO, ÍNDICE BISPECTRAL (BIS) E ANÁLISE DE GASES ANESTÉSICOS COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE AGENTES. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA OU ACOPLÁVEL. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS. ALÇA PARA TRANSPORTE. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA.

13	MOCHO ODONTOLOGICO - MOCHO ODONTOLOGICO - MOCHO ODONTOLOGICO - ENCOSTO ANATÔMICO TIPO CONCHA, COM AJUSTE DE ALTURA/ SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL / ENCOSTO ANATÔMICO COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO / BASE COM 5 RODÍZIOS/ ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E QUE NÃO DEFORMA / ASSENTO COM ELEVAÇÃO CENTRAL E REBAIXAMENTO DAS BORDAS ANTERIORES / ACABAMENTO LISO COM CANTOS ARREDONDADOS, ALTURA REGULÁVEL.	15	R\$ 1.200,00
14	MINI CALDEIRA PORTÁTIL COM FERRO INDUSTRIAL - MINI CALDEIRA PORTÁTIL COM FERRO INDUSTRIAL	1	R\$ 4.312,00
15	MESA PARA EXAME CLÍNICO - MESA PARA EXAME CLÍNICO - MESA PARA EXAME CLÍNICO - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 31,75 X 1,2MM. LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM. COM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA - PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES: 1,90 X 0,60 X 0,80M.	10	R\$ 1.714,75
16	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA, PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: BASE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO. BASE MÓVEL COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 3 E NO MÁXIMO 5 POLEGADAS, DOTADA DE SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO E FREIOS ACIONADOS POR PEDAL OU PAINEL DE CONTROLE. COLUNA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO. CHASSIS FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, COM SISTEMA QUE PROPORCIONE A BLINDAGEM CONTRA LÍQUIDOS DAS PARTES INTERNAS. LEITO ARTICULÁVEL, RADIOTRASPARENTE, DIVIDIDO NO MÍNIMO EM 05 SECÇÕES (CABEÇA, DORSO, ASSENTO, RENAL E PERNEIRA RETRÁTEIS). RÉGUA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 220 KG NA POSIÇÃO ZERO. MOVIMENTOS MOTORIZADOS: REGULAGEM DE ALTURA COM ALTURA MÍNIMA DE NO MÁXIMO 700 MM E CURSO DE ELEVAÇÃO DE PELO MENOS 250 MM, TRENDELEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, REVERSO DO TRENDELEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, LATERALIDADE NAS ANGULAÇÕES MÍNIMAS DE 0 A 18 GRAUS, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL NA FAIXA MÍNIMA DE +/-300 MM PARA CADA LADO E DORSO. OS MOVIMENTOS MOTORIZADOS DEVERÃO SER ACIONADOS POR PAINEL DE CONTROLE LOCALIZADO NA COLUNA DA MESA E VIA CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO DE NO MÍNIMO 2 M DE COMPRIMENTO. DEVE PERMITIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE POSIÇÕES: RENAL; SEMIFLEXÃO DE PERNA E COXA; FLEXÃO ABDOMINAL; SEMISSENTADO E SENTADO. ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 ARCO DE NARCOSE; 01 SUPORTE PARA RENAL; 01 PAR DE SUPORTES DE BRAÇO; 01 PAR DE PORTA-COXA; 01 PAR DE SUPORTES LATERAIS; 01	1	R\$ 127.056,43

PAR DE OMBREIRAS; 01 JOGO DE COLCHONETE INJETADO EM POLIURETANO, LEVE E DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, IMPERMEÁVEL, SEM NENHUM TIPO DE COSTURA OU REVESTIMENTO, BIOCOMPATÍVEL, NÃO IRRITANTE E NÃO ALÉRGICO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADOS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 606

17	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR EM AÇO INOX PARA CENTRO CIRÚRGICO - MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR EM AÇO INOX PARA CENTRO CIRÚRGICO ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO INOX - MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR EM AÇO INOX PARA CENTRO CIRÚRGICO ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO INOX PRATELEIRA SUPERIOR FABRICADA EM AÇO INOX EM FORMATO SEMICIRCULAR PRATELEIRA INFERIOR FABRICADA EM AÇO INOX EM FORMATO SEMICIRCULAR 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE Ø75MM, SENDO DOIS COM TRAVAS E DOIS SEM TRAVAS MEDIDAS: ALT 85CM X COMP 1,20M X LARG 55CM	2	R\$ 3.899,17
18	MESA AUXILIAR ODONTOLOGIA - MESA AUXILIAR ODONTOLOGICA - MESA AUXILIAR: ARMÁRIO EM MDF, REVESTIDO EM FÓRMICA, INTERNA E EXTERNAMENTE; MEDINDO 50 X 50X 80 CM; BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COM 5 RODÍZIOS. 02 GAVETAS COM FRENTE DE 06CM. 02 GAVETAS COM FRENTE DE 12 CM. GAVETAS EM ABS, SEM CANTO VIVO, COM QUADRO DE MADEIRA P/ REFORÇO. CORREDIÇAS DE 45M/M, EM UND 01 00 06 00 00 07 FERRO, COM PINTURA EPÓXI BRANCO. PUXADORES AÇO INOX.	13	R\$ 2.583,20
19	"LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR COM BARREIRA SANITÁRIA - "LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR COM BARREIRA SANITÁRIA: CAPACIDADE NOMINAL DE NO MÍNIMO 60KG (OU A CARGA EXATA QUE SUA LAVANDERIA PROCESSA POR CICLO). ESTRUTURA EXTERNA, INTERNA E CESTO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. SISTEMA DE DUAS PORTAS INDEPENDENTES PARA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA. COMANDO POR CLP (CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL) COM RECEITAS DE LAVAGEM CUSTOMIZÁVEIS. CENTRIFUGAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE (FATOR G ELEVADO) PARA REDUÇÃO DE UMIDADE RESIDUAL. ATENDIMENTO INTEGRAL À NR-12 (SEGURANÇA NO TRABALHO). ALIMENTAÇÃO 380V/TRIFÁSICA."	1	R\$ 364.893,3
20	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE - HOMOGENEIZADOR DE SANGUE - HOMOGENEIZADOR DE SANGUE E AMOSTRAS HORIZONTAL COM PRESILHA DE FIBRA DE NYLON - CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 A 30 TUBOS DE ENSAIO DE ATÉ 15 MM - MOTOR ELÉTRICO COM VELOCIDADE AJUSTÁVEL OU FIXA, ADEQUADA PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE AMOSTRAS SANGUÍNEAS, NA FAIXA DE 10 A 30 RPM - CHAPA DE AÇO E DISCO DE PVC - PINTURA EM EPÓXI - TENSÃO BIVOLT OU 110/220V.	2	R\$ 4.245,03
21	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS – EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO À FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS E MATERIAIS RESTAURADORES FOTOSSENSÍVEIS, COM EMISSÃO DE LUZ AZUL POR LED, SEM FIO, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COM OU SEM CONEXÃO DIRETA À BASE/CARREGADOR, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR TEMPORIZADOR COM TEMPOS PROGRAMÁVEIS DE APLICAÇÃO, CONTEMPLANDO NO MÍNIMO 5, 10 E 20 SEGUNDOS, COM SINALIZAÇÃO SONORA A CADA FRAÇÃO DE TEMPO PROGRAMADA E AO FINAL DA OPERAÇÃO, BEM COMO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO TÉRMINO DO CICLO SELECIONADO. DEVERÁ POSSUIR TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO COMPATÍVEL COM SUA FINALIDADE CLÍNICA, NÃO INFERIOR A 300 SEGUNDOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ OPERAR EM	7	R\$ 3.804,34

ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, COMPATÍVEL COM TENSÕES ENTRE 100 V E 240 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. A PEÇA DE MÃO DEVERÁ POSSUIR FORMATO ANATÔMICO, CORPO CONFECCIONADO EM ABS, POLÍMERO DE ENGENHARIA, METAL OU MATERIAL TECNICAMENTE EQUIVALENTE, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ODONTOLÓGICO, DISPENSANDO VENTILAÇÃO FORÇADA OU APRESENTANDO SISTEMA QUE NÃO COMPROMETA O CONFORTO OPERACIONAL. DEVERÁ POSSUIR RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO OU SISTEMA EQUIVALENTE DE CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA, CAPAZ DE MANTER A ESTABILIDADE DA POTÊNCIA EMITIDA DURANTE O USO. A PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO DEVERÁ SER AUTOCLAVÁVEL, COM ROTAÇÃO OU GIRO QUE FACILITE O POSICIONAMENTO CLÍNICO, CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA, VIDRO ÓPTICO OU MATERIAL TECNICAMENTE EQUIVALENTE, APTA À ADEQUADA CONDUÇÃO DA LUZ SEM PERDAS SIGNIFICATIVAS. O COMPRIMENTO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER APROXIMADO OU COMPATÍVEL COM SUA ERGONOMIA DE USO, ADMITIDAS VARIAÇÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO, E O PESO DA PEÇA DE MÃO DEVERÁ SER APROXIMADO OU NO MÁXIMO COMPATÍVEL COM OPERAÇÃO MANUAL CONFORTÁVEL E SEGURA. O COMPRIMENTO DE ONDA DEVERÁ ESTAR COMPREENDIDO NA FAIXA APROXIMADA DE 420 NM A 480 NM, OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE COMPATÍVEL COM A FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS. A POTÊNCIA LUMINOSA DEVERÁ SER MÍNIMA DE 1200 MW/CM². A BATERIA DEVERÁ POS

22	FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM 02 CÚPULAS DE LED'S - FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM 02 CÚPULAS DE LED'S - FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM 02 CÚPULAS DE LED'S • FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM 02 CÚPULAS; ILUMINÂNCIA AJUSTÁVEL MÍNIMA DE 100.000 A 160.000 LUX POR CÚPULA; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LEDS DE 50.000 HORAS; MANIPULAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR PAINEL OU CONTROLE REMOTO; MÓDULO DE EMERGÊNCIA DO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 60 A 120 MINUTOS; TEMPERATURA DE COR AJUSTÁVEL NA FAIXA DE 3.500 K A 5.000 K; SISTEMA PROVIDO DE DISSIPACÃO DE CALOR PASSIVO SEM A NECESSIDADE DE USO DE COOLER, VENTOINHAS ENTRE OUTROS; CONSUMO DE ENERGIA ENTRE 60 A 100 VA POR CÚPULA; CERTIFICAÇÃO IP-44 OU IP-54; FIXAÇÃO DE TETO; BIVOLT; CERTIFICAÇÃO INMETRO.	1	R\$ 145.233,33
23	ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL DIGITAL - ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL DIGITAL – EQUIPAMENTO PORTÁTIL E DIGITAL PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA DE REPOUSO, COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES. DEVERÁ POSSUIR DISPLAY COLORIDO COM TAMANHO MÍNIMO DE 4 POLEGADAS, PERMITINDO ADEQUADA VISUALIZAÇÃO DO TRAÇADO E DAS INFORMAÇÕES OPERACIONAIS DO EXAME. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR OPERAÇÃO EM MODO MANUAL E AUTOMÁTICO, COM RECURSOS DE CORREÇÃO AUTOMÁTICA DA LINHA DE BASE, FILTRO DIGITAL PARA RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA E TREMOR MUSCULAR, IDENTIFICAÇÃO DE SINAL DE MARCAPASSO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. DEVERÁ POSSUIR CIRCUITO PRÉ-AMPLIFICADOR FLUTUANTE, COMPLETAMENTE ISOLADO DO RESTANTE DO APARELHO, OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE QUE ASSEGURE SEGURANÇA ELÉTRICA E QUALIDADE DO SINAL. DEVERÁ PERMITIR ARMAZENAMENTO DE EXAMES EM MEMÓRIA INTERNA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 EXAMES, BEM COMO EXPORTAÇÃO DE EXAMES PARA COMPUTADOR POR MEIO DE INTERFACE COMPATÍVEL, EM FORMATO PDF OU FORMATO TECNICAMENTE EQUIVALENTE DE AMPLA UTILIZAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR IMPRESSÃO EM PAPEL COMUM FORMATO A4 OU PAPEL TÉRMICO DE ALTA RESOLUÇÃO, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE, DESDE QUE ASSEGURE ADEQUADA LEGIBILIDADE E ARQUIVAMENTO DOS	22	R\$ 22.745,00

EXAMES. A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER BIVOLT AUTOMÁTICO, COMPATÍVEL COM FAIXA DE 100 A 240 VAC, 50/60 HZ, E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, APTA AO FUNCIONAMENTO PORTÁTIL DO EQUIPAMENTO. PODERÁ POSSUIR TECLAS FÍSICAS, TECLAS DE ATALHO, TELA SENSÍVEL AO TOQUE OU COMBINAÇÃO DE INTERFACES, DESDE QUE ASSEGURE OPERAÇÃO PRÁTICA, SEGURA E EFICIENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL E REGISTRO VIGENTE NA ANVISA.

24	DISPENSER SABONETEIRA ACIONAMENTO PEDAL COM RESERVATÓRIO - DISPENSER SABONETEIRA ACIONAMENTO PEDAL COM RESERVATÓRIO - SISTEMA COM SUPORTE DISPENSADOR E BOMBA PARA LIMPEZA DAS MÃOS. ACOMPANHA RESERVATÓRIO DE 1000ML, QUE PODE SER ABASTECIDO COM SABONETE LÍQUIDO, ALCOOL GEL E OUTROS. PRODUTO FABRICADO EM POLIPROPILENO. SABONETEIRA COM ACIONAMENTO POR PEDAL.	2	R\$ 535,09
25	DISPENSADOR PVPI /CLOREXIDINA/ ALCOOL - DISPENSADOR PVPI /CLOREXIDINA/ ALCOOL - DISPENSADOR PVPI /CLOREXIDINA/ ALCOOL GEL E OUTROS COM RESERVATÓRIO E PEDAL SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE - DISPENSADOR PARA PVPI DEGERMANTE, TOPICO, CLOREXIDINA E OUTROS PRODUTOS DESDE QUE SEJAM EMBALADOS EM FRASCO COM BICO DISPENSADOR. O KIT INCLUI: TAMPA C/ LOCAL P/ FIXAÇÃO NA PAREDE E PEDAL COM EXTENSÃO E MANGUEIRA	2	R\$ 377,42
26	DESTILADOR DE ÁGUA - DESTILADOR DE ÁGUA – EQUIPAMENTO DESTINADO À DESTILAÇÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU EM OUTRAS APLICAÇÕES QUE DEMANDEM O USO DE ÁGUA DESTILADA. DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA ENTRE 3,5 E 4,0 LITROS, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT 110/220V OU CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE, DESDE QUE ATENDIDA A COMPATIBILIDADE COM A REDE ELÉTRICA LOCAL. O EQUIPAMENTO PODERÁ SER FORNECIDO NA COR BRANCA OU EM OUTRA COR PADRÃO DE FABRICAÇÃO. O PESO DEVERÁ SER APROXIMADO DE 4 KG, ADMITINDO-SE VARIAÇÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE NÃO COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE, A ESTABILIDADE E A SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL.	12	R\$ 572,17
27	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, TIPO: SILENCIOSO E ISENTO DE ÓLEO, DESLOCAMENTO TEÓRICO DE AR NO MÍNIMO 105 L/M, PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI, RPM DE 1700, REVESTIMENTO RESERVATÓRIO: COM PINTURA INTERNA E EXTERNA, POSIÇÃO RESERVATÓRIO: VERTICAL/HORIZONTAL, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: 40L A 60L, POTÊNCIA DO MOTOR: MÍNIMO DE 1 HP, TENSÃO: 110V/220V OU BIVOLT, NÍVEL DE RUÍDO BAIXO, COMPATÍVEL COM USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, ACESSÓRIOS: VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, RELÉ TÉRMICO, MANÔMETRO, FILTRO DE AR E DRENO. FORMA DE FORNECIMENTO: UNIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS, COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO E A FINALIDADE DE USO DO EQUIPAMENTO).	8	R\$ 12.897,00
28	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: POTÊNCIA MÍNIMA TOTAL DE 1/2 HP, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1.650 RPM, 40 OU 80 LIBRAS, VAZÃO DE AR LIVRE DE NO MÍNIMO 30 A 40 LITROS/MINUTO, VOLTAGEM: 110/220V OU BIVOLT	17	R\$ 3.507,19

AUTOMÁTICO. POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS. FUNCIONA COM
MOTORIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O DESEMPENHO EXIGIDO.
POSSUI 04 SAÍDAS COM CONTROLE DE FLUXO INDIVIDUAL
(REGISTRO). O APARELHO COMPRESSOR DEVE ACOMPANHAR NO
MÍNIMO: 04 MÁSCARAS ADULTO, 04 MÁSCARAS INFANTIL, 04
COPOS PARA SORO E 04 MANGUEIRAS DE PVC COM NO MÍNIMO
1,5M. GARANTIA 12 MESES.

29	CARRO MACA HOSPITALAR COM COLCHONETE - CARRO MACA HOSPITALAR COM COLCHONETE – CARRO MACA HOSPITALAR TIPO PADIOLA, COM COLCHÃO OU COLCHONETE REMOVÍVEL, CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM POR CREMALHEIRA, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO, GRADES LATERAIS REBATÍVEIS OU DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO CARBONO, SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX COM ALTURA REGULÁVEL E NO MÍNIMO 02 GANCHOS, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO OU ANTICORROSIVO, PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO NA CABECEIRA E NOS PÉS, RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS COM SISTEMA DE FREIO, DE MODO A GARANTIR SEGURANÇA E FACILIDADE NO DESLOCAMENTO. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM SUA FINALIDADE HOSPITALAR, COM COMPRIMENTO ENTRE 1,95 M E 2,10 M E LARGURA ENTRE 0,60 M E 0,70 M, ADMITINDO-SE VARIAÇÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO. AS DIMENSÕES DO LEITO DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM O USO HOSPITALAR E COM A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO, ASSEGURANDO CONFORTO, SEGURANÇA E ADEQUADA ACOMODAÇÃO DO PACIENTE.	5	R\$ 4.300,40
30	CARRO MACA - CARRO MACA – CARRO MACA HOSPITALAR, COM ESTRUTURA TUBULAR DA BASE CONFECCIONADA EM AÇO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 31 MM OU APROXIMADAMENTE 1 ¼", COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA. LEITO REMOVÍVEL, COM CABECEIRA REGULÁVEL MANUALMENTE POR MEIO DE CREMALHEIRA, CONTORNO DO LEITO EM TUBO METÁLICO RESISTENTE, COMPATÍVEL COM A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO. DOTADO DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 3", PREFERENCIALMENTE DE 4" OU 5", COM SISTEMA DE FREIO EM, NO MÍNIMO, 2 RODAS, DE FORMA A GARANTIR SEGURANÇA E FACILIDADE NO DESLOCAMENTO. DEVERÁ POSSUIR GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI OU EM AÇO INOX, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG. MEDIDAS DO LEITO APROXIMADAS DE 1,90 M X 0,60 M (COMPRIMENTO X LARGURA), ADMITINDO-SE VARIAÇÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE NÃO COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE E A SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO. MEDIDAS TOTAIS APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE HOSPITALAR DO PRODUTO.	1	R\$ 3.884,00
31	CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR/CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR DE ONDA BIFÁSICA, PARA UTILIZAÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, TRANSPORTE NO INTERIOR DE HOSPITAIS OU EM AMBULÂNCIAS, QUE ATENDE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: • ALIMENTAÇÃO: 100 A 220 VAC, 50/60 HZ E 11 A 16 VDC. • ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE NO MÍNIMO 200 JOULES. • TECNOLOGIA DE CHOQUE BIFÁSICO. • AUTO DIAGNÓSTICO PROGRAMÁVEL. • BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 250 CHOQUES EM CARGA MÁXIMA. • CONFIGURAÇÃO BÁSICA: CARDIOVERSÃO, DESFIBRILAÇÃO, MONITORIZAÇÃO DE ECG 7D E RESPIRAÇÃO, FUNÇÕES ASC, DEA/PMS E BATERIA DE LI-ION.	3	R\$ 39.826,70

OPCIONAIS: ECG 12D, SPO2, PNI, ETCO2, IMPRESSORA, FUNÇÃO MARCAPASSO, POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM SISTEMA DE AUXÍLIO/FEEDBACK DE RCP (RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR), MÓDULO DE FEEDBACK DE COMPRESSÃO.

32	CANETA PARA BISTURI ELETRÔNICO - CANETA PARA BISTURI ELETRÔNICO: MODELO REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL (MÍNIMO 50 CICLOS). DOTADA DE COMANDO MANUAL POR DOIS BOTÕES (CORTE E COAGULAÇÃO). CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 METROS. CONECTOR COMPATÍVEL COM PADRÃO DE ENCAIXE DE 3 PINOS (UNIVERSAL) OU ESPECÍFICO PARA EQUIPAMENTOS DE ALTA POTÊNCIA, GARANTINDO PLENA INTEGRAÇÃO DAS FUNÇÕES DE ACIONAMENTO MANUAL.	24	R\$ 731,70
33	CÂMARA ESCURA PARA ODONTOLOGIA - CÂMARA ESCURA PARA ODONTOLOGIA – CÂMARA ESCURA PARA ODONTOLOGIA, DESTINADA À REVELAÇÃO DE FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL E OCLUSAL, CONFECCIONADA EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO OU MATERIAL SIMILAR DE FÁCIL ASSEPSIA, SEM BORDAS RETENTIVAS, COM VISOR EM ACRÍLICO COM TRANSPARÊNCIA E FILTRO DE LUZ. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 30 CM E 35 CM DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEIS COM SUA FINALIDADE DE USO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR 3 CUBAS COM TAMPA PARA REVELADOR, FIXADOR E ÁGUA, BEM COMO LUVAS REMOVÍVEIS PARA LAVAGEM, DE FORMA A ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE BIOSSEGURANÇA. DEVERÁ SER FORNECIDA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PRESERVANDO SUA INTEGRIDADE FÍSICA, COM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DA MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	15	R\$ 673,48
34	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO - CAPACIDADE: 15 LITROS. DIMENSÕES EXTERNAS SEM A ALÇA (COMP. X LARG. X ALT.): 37 X 25 X 36 CM. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS (COMP. X LARG. X ALT.): 29 X 17 X 30 CM. PESO: 1,86 KG. CARACTERÍSTICAS GERAIS (TERMÔMETRO): DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA INSTRUMENTO DE QUALIDADE COMPROVADA. VISOR DE FÁCIL LEITURA. RESISTENTE D'ÁGUA. POSSUI FUNÇÃO °C/°F. ESPECIFICAÇÕES (TERMÔMETRO): FAIXA DE UTILIZAÇÃO: -50+70°C. PRECISÃO: +/- 1°C (ENTRE -20+50°C) E +/- 2°C (ACIMA DE 50°C). ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AA (INCLUSA). PREFERÊNCIA DE COR: AZUL CONTEÚDO DESTE PRODUTO: 1 CAIXA TÉRMICA C/ TERMÔMETRO	26	R\$ 996,33
35	CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR): COMANDO DA CADEIRA: PEDAL CABECEIRA: POSSUI REFLETOR: POSSUI EQUIPO: TIPO CART TERMINAIS: NO MÍNIMO 3 CUBA: PORCELANA/CERÂMICA SERINGA TRÍPLICE: POSSUI PEÇA RETA: POSSUI CONTRA ÂNGULO: POSSUI MICRO MOTOR: POSSUI UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR): POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI MOCHO.	8	R\$ 33.887,42
36	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS - CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS - CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS: EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI, DOBRÁVEL EM X, DUPLO X, ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA BRAÇOS, APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS ARO 07? COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24°. COR PRETA. PESO SUPORTADO: 120KG.	3	R\$ 2.169,77
37	CADEIRA DE RODAS - CADEIRA DE RODAS - CADEIRA DE RODAS: EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI, DOBRÁVEL EM X, ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA BRAÇOS FIXOS, APOIO PARA PÉS FIXOS, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR	14	R\$ 1.553,96

BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS. COR PRETA. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG.

38	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA - CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA - CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA CAPACIDADE 85KG: COM APOIO DE PÉ E DE BRAÇO FIXOS; FREIOS BILATERAIS	4	R\$ 663,70
39	BOMBA DE INFUSÃO - BOMBA DE INFUSÃO - BOMBA DE INFUSÃO. O PRODUTO É UMA BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, COM CARACTERÍSTICAS DE ALTA SEGURANÇA, FÁCIL OPERAÇÃO E LONGA VIDA ÚTIL. O CONTROLE DE FLUXO COM ALTA PRECISÃO E MEDIDAS DE ALARME ABRANGENTES GARANTE A SEGURANÇA DO PACIENTE E O ADEQUADO EFEITO TERAPÊUTICO. USADA TAMBÉM PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONSISTENTE NA ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADA POR VIA ENDOVENOSA, PODENDO FORNECER PARTE OU A TOTALIDADE DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE UMA PESSOA. ESPECIFICAÇÕES: • MANUAL DO USUÁRIO • CABO DE ALIMENTAÇÃO • SISTEMA: PERISTÁLTICO LINEAR • COMPATÍVEL COM EQUIPOS PADRÃO UNIVERSAL (SISTEMA ABERTO) • DESVIO DA VAZÃO COM EQUIPO PADRÃO: ±5% APÓS CALIBRAÇÃO • TAXA DE INFUSÃO AJUSTÁVEL DE NO MÍNIMO 0,1 A 1200 ML/H, OU SUPERIOR • VOLUME TOTAL PROGRAMÁVEL CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE • PRESSÃO DE OCLUSÃO: 100 KPA A 300 KPA • KVO CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE • BOLUS CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE • DETECTOR DE BOLHAS DE AR POR ULTRASSOM • DISPLAY LCD OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE • ALARME PARA OCLUSÃO, INFUSÃO PRÓXIMA DO FIM, BOLHAS DE AR, PORTA ABERTA, FALHA DO MOTOR, FINALIZAÇÃO DE PERFUSÃO, AVISO DE INFUSÃO, ESTADO KVO, BATERIA FRACA, FALTA DE ENERGIA, FALHA DE PRESSÃO, FALHA NA PORTA E FALTA DE COMUNICAÇÃO • INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA DA INFUSÃO DURANTE OS ALARMES, EXCETO NAS CONDIÇÕES PROGRAMADAS PELO FABRICANTE • FONTE DE ALIMENTAÇÃO: AC 100 A 240 V, 50/60 HZ • BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS • PESO MÁXIMO DE 3 KG • EQUIPAMENTO COMPACTO E PORTÁTIL. NA EMBALAGEM: DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O TRANSPORTE E A ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE.	10	R\$ 11.031,69
40	BISTURI ELETRÔNICO MICROPROCESSADO - BISTURI ELETRÔNICO MICROPROCESSADO – EQUIPAMENTO ELETROCIRÚRGICO TOTALMENTE MICROPROCESSADO, COM NO MÍNIMO 10 FUNÇÕES DE CORTE E COAGULAÇÃO, INCLUINDO MODOS DE CORTE PURO, MODOS MISTOS (BLENDS), COAGULAÇÃO E SPRAY, ALÉM DE MODOS BIPOLAR E MICROBIPOLAR. DEVERÁ POSSUIR AJUSTE DIGITAL DE POTÊNCIA, COM INDICAÇÃO EM DISPLAY DIGITAL DOS NÍVEIS DE SAÍDA, PERMITINDO REGULAGEM PRECISA DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO. O AJUSTE DE POTÊNCIA PARA OS MODOS BIPOLAR E/OU MICROBIPOLAR DEVERÁ OCORRER COM INCREMENTOS MÍNIMOS DE 1 W, ADMITINDO-SE AJUSTE DE 0,5 W QUANDO TECNICAMENTE APLICÁVEL A PROCEDIMENTOS DE MAIOR PRECISÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES ELETROCIRÚRGICAS POR CANETA COM COMANDO MANUAL E POR PEDAL, INCLUSIVE COM PEDAL DUPLO PARA CORTE E COAGULAÇÃO, BEM COMO PEDAL INDEPENDENTE PARA BIPOLAR, QUANDO APLICÁVEL. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CONTATO PLACA-PACIENTE, COMPATÍVEL COM PLACAS BIPARTIDAS (PPM), COM ALARME SONORO E INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA DA SAÍDA EM CASO DE FALHA DE CONTATO OU DESCONEXÃO, VISANDO À SEGURANÇA DO PACIENTE. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA DESCONEXÃO DO ELETRODO DE RETORNO, MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL PARA AÇÃO DOS PARÂMETROS EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA OU DESLIGAMENTO, PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA FALHAS INTERNAS E CONECTORES ISOLADOS QUE EVITEM INVERSAO DE	2	R\$ 34.853,61

INTERINAS E CONECTORES ISOLADOS QUE EVITEM INVERSAO DE LIGAÇÃO E REDUZAM RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. DEVERÁ POSSUIR POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO OU CONEXÃO COM SISTEMAS DE COAGULAÇÃO POR PLASMA DE ARGÔNIO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VAC, 50/60 HZ. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS AO EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO, ACOMPANHAR MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL

41	BILIRRUBINÔMETRO TRANSCUTÂNEO - BILIRRUBINÔMETRO TRANSCUTÂNEO - BILIRRUBINÔMETRO TRANSCUTÂNEO - EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA DETERMINAÇÃO NÃO INVASIVA DA BILIRRUBINA TOTAL POR MEIO DE FOTOMETRIA TRANSCUTÂNEA; EQUIPAMENTO PORTÁTIL E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO; PROCEDIMENTO NÃO INVASIVO; LEITURA REALIZADA NA TESTA OU ESTERNO DO PACIENTE; NÃO REQUER REAGENTES OU MATERIAIS DESCARTÁVEIS; BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 500 LEITURAS; SISTEMA DE CALIBRAÇÃO INTEGRADO OU VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA ANTES DO USO; ALIMENTAÇÃO CARREGADOR: 100V-240V AC - 50/60HZ.	1	R\$ 156.691,67
42	BERÇO AQUECIDO NEONATAL - BERÇO AQUECIDO NEONATAL - BERÇO AQUECIDO NEONATAL SISTEMA: CALOR IRRADIANTE, ELEMENTO AQUECEDOR DISPOSTO NO MÓDULO REFLETOR NA PARTE SUPERIOR, SEM PREJUDICAR O ACESSO AO PACIENTE, CALHA PROTETORA DA RESISTÊNCIA, REFLETOR EM AÇO INOX POLIDO CENTRALIZADO COM O MEIO DO LEITO PROPICIANDO CALOR HOMOGÊNEO EM TODA ÁREA DO COLCHÃO. PAINEL: MÓDULO CONTROLADOR ALOJANDO TODOS SEUS COMPONENTES, INSTALADO NA PARTE FRONTAL DA COLUNA COM ACABAMENTO EM POLICARBONATO EVITANDO A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, TECLAS DO TIPO TOQUE SUAVE DO TIPO MEMBRANA, INTERFACE DIGITAL QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DA TEMPERATURA DESEJADA, TEMPERATURA REAL DO PACIENTE E NÍVEL DE POTÊNCIA, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO LCD PARA AJUSTE DA TEMPERATURA DE PELE DESEJADA E INFORMAÇÕES ALFANUMÉRICAS DAS CONDIÇÕES DE ALARMES, INDICAÇÃO ATRAVÉS DE LED POSICIONADA EM LOCAL ALTO E À FRENTE DA PANTALHA DO ELEMENTO AQUECEDOR PARA VISUALIZAÇÃO À DISTÂNCIA DOS ALARMES, INDICAÇÃO VISUAL E SONORA INTERMITENTE DOS ALARMES DE HIPOTERMIA, HIPERTERMIA, TEMPERATURA DO MODO RN BAIXA SERVO CONTROLE, TEMPERATURA DO MODO RN ALTA SERVO CONTROLE, SENSOR RN DESCONECTADO, FALHA NO SENSOR DO RN, FALTA DE ENERGIA, FALHA NO SISTEMA DE AQUECIMENTO E AQUECIMENTO EXCESSIVO NO MODO MANUAL, COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE UM MODO PARA O OUTRO CONTROLADA ATRAVÉS DO SENSOR DE PELE, A INDICAÇÃO VISUAL DOS ALARMES PERMANECERÁ VISÍVEL MESMO COM O SOM INIBIDO, ATÉ A SOLUÇÃO DA CAUSA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, SISTEMA DE SEGURANÇA DA TEMPERATURA DO AR NO MODO MANUAL PARA SITUAÇÕES DE TEMPERATURA ACIMA DE 39,5°C DESLIGANDO ASSIM AUTOMATICAMENTE O AQUECIMENTO, SISTEMA QUE INTERROMPE O AQUECIMENTO QUANDO O ELEMENTO AQUECEDOR PERMANECER NA MÁXIMA POTÊNCIA DETERMINADA POR UM TEMPO CONSECUTIVO DE 15 MINUTOS, SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA POR DISPOSITIVO DE DETECÇÃO ELETRÔNICA DE SOBRECARGA NO ELEMENTO AQUECEDOR, ALARME DE ADVERTÊNCIA A CADA 10 MINUTOS NO MODO RN PARA VERIFICAÇÃO DA ROTINA DE TEMPERATURA DO PACIENTE, SISTEMA DE AUTOTESTE CONSTANTE DAS FUNÇÕES, INDICAÇÃO LUMINOSA	1	R\$ 51.513,87
43	BARAKA DE SILICONE PARA ANESTESIA INFANTIL - BARAKA DE SILICONE PARA ANESTESIA INFANTIL - BARAKA DE SILICONE PARA	1	R\$ 435,92

	CAPACIDADE 01 LITRO, 02 CONECTORES EM POLICARBONATO PARA ENTRADA DE GASES T DE AYRES, TRAQUEIA DE SILICONE C/ 30 CM, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO, COTOVELO PARA MÁSCARA EM POLICARBONATO E MÁSCARA FACIAL EM SILICONE NO TAMANHO INFANTIL		
44	BARAKA DE SILICONE PARA ANESTESIA ADULTO - BARAKA DE SILICONE PARA ANESTESIA ADULTO: CONJUNTO PARA ANESTESIA COM BALÃO DE REINALAÇÃO FABRICADO EM SILICONE COM CAPACIDADE DE 3,0 LITROS. CONECTORES EM POLICARBONATO PARA ENTRADA DE GASES (T DE AYRES), TRAQUEIA DE SILICONE COM APROXIMADAMENTE 30 A 50 CM, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO, COTOVELO PARA MÁSCARA EM POLICARBONATO E MÁSCARA FACIAL EM SILICONE NO TAMANHO ADULTO. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.	1	R\$ 653,68
45	BANQUETA GIRATÓRIA PARA CENTRO CIRÚRGICO - BANQUETA GIRATÓRIA PARA CENTRO CIRÚRGICO - BANQUETA GIRATÓRIA PARA CENTRO CIRÚRGICO ESTRUTURA EM AÇO INOX ASSENTO ESTOFADO APOIO PARA OS PÉS E RODÍZIOS	2	R\$ 1.010,50
46	BANHO MARIA DIGITAL ATÉ 100°C 30L - BANHO MARIA DIGITAL ATÉ 100°C 30L - BANHO MARIA DIGITAL ATÉ 100°C 30L - TEMPERATURA DE TRABALHO: AMBIENTE +5°C ATÉ 100°C; CAPACIDADE: 30 LITROS OU VOLUME ÚTIL EQUIVALENTE, COMPATÍVEL COM SUA FINALIDADE LABORATORIAL; CAPACIDADE MÍNIMA PARA GALERIA DE NO MÍNIMO 150 A 200 TUBOS DE ENSAIO PADRÃO; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS, COMPATÍVEIS COM O VOLUME ÚTIL DO EQUIPAMENTO, COM GRADE INTERNA DE PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA; CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO, AUTOTUNING E DUPLO DISPLAY DE 4 DÍGITOS; PRECISÃO: +/- 0,5°C; RESOLUÇÃO: 0,1°C; HOMogeneidade: +/- 1,0°C; SENSOR DE TEMPERATURA. 220 VOLTS.	2	R\$ 7.060,10
47	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL- BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL – BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG OU SUPERIOR, DIVISÃO DE 5 G, VISOR DIGITAL DE FÁCIL LEITURA, COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DE VISUALIZAÇÃO, E FUNÇÃO TARA NO PAINEL FRONTAL OU POR COMANDO EQUIVALENTE. DEVERÁ POSSUIR PÉS REGULÁVEIS OU ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA OU MATERIAL SIMILAR, QUE ASSEGUREM ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO. A CONCHA DEVERÁ SER ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ABS, ACRÍLICO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA E HIGIENIZAÇÃO EQUIVALENTES, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 500 X 300 MM, ADMITIDAS VARIAÇÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE NÃO COMPROMETAM A ACOMODAÇÃO SEGURA DO PACIENTE. DEVERÁ POSSUIR RÉGUA ANTROPOMÉTRICA GRADUADA, INTEGRADA À BANDEJA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER BIVOLT OU COMPATÍVEL COM O PADRÃO DO FABRICANTE. DEVERÁ ACOMPANHAR CATÁLOGO TÉCNICO COM FOTO E ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO OFERTADO, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS E REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL	7	R\$ 1.639,91
48	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 200 KG - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 200 KG – BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA PESAGEM E MEDIÇÃO DE ADULTOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG, DIVISÃO DE 50 G OU 100 G, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU MATERIAL METÁLICO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE	13	R\$ 2.608,54

HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU CLÍNICO. DEVERÁ POSSUIR PLATAFORMA DE PESAGEM COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 35 CM X 35 CM, OU DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 CM X 40 CM, COM SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE OU SOLUÇÃO EQUIVALENTE QUE PROPORCIONE SEGURANÇA AO USUÁRIO. DEVERÁ POSSUIR RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA, COM ESCALA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO DE ALTURA DE ATÉ 2,00 METROS E GRADUAÇÃO MÍNIMA DE 0,5 CM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR PÉS REGULÁVEIS OU NIVELADORES, FUNÇÃO DE TARA E VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, COM TECNOLOGIA LCD, LED OU EQUIVALENTE, QUE ASSEGURE ADEQUADA LEITURA DO PESO. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O PADRÃO DO FABRICANTE, PODENDO SER BIVOLT OU EQUIVALENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL E CERTIFICAÇÃO, APROVAÇÃO OU AFERIÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, QUANDO APLICÁVEL.

49	AVENTAL PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE INFANTIL - AVENTAL PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE PARA RADIOGRAFIA INTRAORAL INFANTIL.	15	R\$ 3.619,60
50	AVENTAL PLUMBÍFERO C/ PROTETOR DE TIREOIDE - AVENTAL PLUMBÍFERO C/ PROTETOR DE TIREOIDE PARA RADIOGRAFIA INTRAORAL ADULTO	15	R\$ 3.947,00

Exibir: 50 1-50 de 72 itens

Página: 1

< >

< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 [0800 978 9001](tel:08009789001)

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.