

02/09/2026 - 11:24:07	04.187.384/0001-54	Leistung Equipamentos Ltda	Esclarecimento - Item 106 - Circuito para Ventilador Pulmonar (MARCA LEISTUNG)	04/09/2026 - 15:26:54	
--------------------------	--------------------	-------------------------------	---	--------------------------	---

DúvidaPrezados,

bom dia,

Ao analisarmos o edital, verificamos que o Item 106 - Circuito para Ventilador Pulmonar indica como referência a marca LEISTUNG.

Diante disso, solicitamos esclarecer qual é o modelo exato do ventilador pulmonar ao qual o circuito deverá ser destinado, considerando as opções LUFT3, LUFT5, PR5, PR5-TT, ou outro modelo específico.

Além disso, o descritivo do item informa que o circuito deverá conter “01 sensor autoclavável”.

Entendemos que pode haver um equívoco nessa especificação, uma vez que circuito e sensor são acessórios distintos, totalmente diferentes. Ressaltamos ainda que, nos equipamentos da marca LEISTUNG, a configuração dos sensores pode variar de acordo com o modelo do ventilador e o tipo de paciente, sendo que, em determinadas configurações, o sensor está associado à válvula exalatória.

Dessa forma, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

Qual é o modelo exato do ventilador pulmonar LEISTUNG ao qual o Item 106 se refere?

O “sensor autoclavável” deverá efetivamente acompanhar o circuito?

Caso seja exigido, qual é o tipo/modelo do sensor que deverá ser fornecido?

A menção ao sensor no descritivo trata-se de uma exigência específica ou de um possível erro de digitação/material?

Os esclarecimentos são necessários para que possamos identificar corretamente o produto a ser fornecido e garantir sua compatibilidade com o equipamento, evitando qualquer divergência na interpretação das especificações do item.

Aguardamos os devidos esclarecimentos.

RespostaPrezados, boa tarde!

Em atenção ao pedido de esclarecimento referente ao Item 106 - Circuito para Ventilador Pulmonar, esclarecemos que o objeto foi especificado como “CIRCUITO UNIVERSAL para ventilador mecânico, adulto, em silicone...destinado aos equipamentos da marca LEISTUNG”.

Dessa forma, não se pretende restringir o fornecimento a um único modelo de ventilador LEISTUNG, devendo o produto ofertado ser compatível com os equipamentos LEISTUNG, observadas as características técnicas constantes do edital.

Quanto à indicação de “01 SENSOR” na composição do item, esclarecemos que a exigência deverá ser interpretada em conjunto com a necessidade de compatibilidade do circuito com o equipamento. O fornecedor deverá garantir que o conjunto ofertado seja plenamente compatível com o ventilador LEISTUNG, não sendo admitido acessório incompatível com o equipamento.

Lembrando que, as exigências previstas no edital decorrem da demanda dos Municípios solicitantes e têm por objetivo garantir que os materiais fornecidos atendam às necessidades estabelecidas no Termo de Referência. Desta forma, conforme previsto em edital, as análises técnicas ocorrerão após a apresentação das propostas e demais documentos técnicos habilitatórios.